

Krapkowice, dnia 12.09.2016

**Zapytanie ofertowe dotyczące
dostawy i montażu 1 sztuki urządzenia do pomiaru potencjału Zeta
dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6**

Załącznik nr1

Dostawa wraz z montażem 1 sztuki urządzenia do pomiaru potencjału Zeta
Wymagania:

1. Przedmiot umowy powinien być:

Zestaw fabrycznie nowy, kompletny, uwzględniający wszystkie akcesoria konieczne do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia użytkowania – urządzenie gotowe do pracy

2. Przedmiot umowy powinien posiadać:

- Urządzenie do pomiaru potencjału Zeta zawieszin i koloidów
- Zestaw titrantów niezbędnych do miareczkowania
- Oprogramowanie umożliwiające pomiar, obróbkę i archiwizację danych
- Komputer sterujący pracą aparatu
- standardy do przewodności i potencjału Zeta

3. Przedmiot umowy powinien bezwzględnie spełniać parametry techniczne takie jak (parametry powinny być wyspecyfikowane w ofercie):

- zakres wielkości cząstek przy pomiarze potencjału Zeta: 0,3nm to 300µm
- zakres przewodności 0 – 50 mS/cm
- zakres temperatury 0 - 90°C
- zakres pH 1-13
- program kalibracyjny dla potencjału, pomp, pH-metru
- dozowanie titranta od 10 – 100 µl
- Etapy dawkowania titranta od 100 µl co 5 s do 10 µl co 60 s