

Krapkowice, dnia 12.12.2016

**Zapytanie ofertowe dotyczące
dostawy i montażu 1 sztuki komora rękawicowa Glove Box
dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6**

Załącznik nr1

Dostawa wraz z montażem 1 sztuki komora rękawicowa Glove Box

Wymagania:

1. Przedmiot umowy powinien być:

Zestaw fabrycznie nowy, kompletny, uwzględniający wszystkie akcesoria konieczne do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia użytkowania – urządzenie gotowe do pracy

2. Przedmiot umowy powinien posiadać:

- komora rękawicowa z komorą transferową
- możliwość podłączenia wagi analitycznej we wnętrzu komory
- możliwość pracy w atmosferze gazu obojętnego
- elementy potrzebne do podłączenia gazu obojętnego (węże gumowe, złączki, pierścienie, przyłącza, itp.)
- odporność na żrące substancje chemiczne
- trzy pary rękawic z gumy naturalnej na otwory o średnicy 190mm, rozmiar 9

3. Przedmiot umowy powinien bezwzględnie spełniać parametry techniczne takie jak (parametry powinny być wyspecyfikowane w ofercie):

1. Komora rękawicowa Glove Box:

- zakres pracy w temperaturach od -20°C do 70°C
- zbudowana z PC-ESD
- antystatyczna
- elementy komory powinny być tak połączone żeby zapewnić jej szczelność
- w przednim panelu dwa porty na podłączenie pary rękawic
- z tyłu komory otwory umożliwiające wprowadzenie kabli elektrycznych, otwory powinny być zabezpieczone przed samoistnym wydostawaniem się atmosfery z wnętrza komory
- możliwość podłączenia gazu obojętnego
- komora transferowa powinna być wyposażona w dwoje drzwi, drzwi zewnętrzne powinny być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem
- możliwość podłączenia gazu obojętnego do komory transferowej
- wymiary: długość 1210mm, wysokość 700mm, głębokość 600mm
- otwory na rękawice o średnicy 190mm
- komora transferowa o długości 320mm, wysokości 330mm i głębokości 260mm