

**Zapytanie ofertowe dotyczące
dostawy i montażu 1 sztuki suszarka próżniowa
dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6**

Załącznik nr1

Dostawa wraz z montażem 1 sztuki suszarka próżniowa

Wymagania:

1. Przedmiot umowy powinien być:

Zestaw fabrycznie nowy, kompletny, uwzględniający wszystkie akcesoria konieczne do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia użytkowania – urządzenie gotowe do pracy

2. Przedmiot umowy powinien posiadać:

- Suszarka próżniowa
- Dwie aluminiowe półki z ogrzewaniem, do suszarek próżniowych
- Szafka na pompę próżniową (bez pompy), do suszarek próżniowych
- Membranowa pompa próżniowa samoosuszająca
- Elementy potrzebne do podłączenia gazu obojętnego (węże gumowe, złączki, pierścienie, przyłącza, itp.)
- elementy potrzebne do podłączenia pompy próżniowej z suszarką próżniową (zawory, itp.)

3. Przedmiot umowy powinien bezwzględnie spełniać parametry techniczne takie jak (parametry powinny być wyspecyfikowane w ofercie):

1. Suszarka próżniowa:

- zakres i nastawianie temperatury od 20°C do 200°C
- wyposażona w ogranicznik temperatury zgodnie z klasą I wg norm DIN 12 880 jako niezależne zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
- pojemność 29 L
- ilość grzanych półek 2
- możliwość precyzyjnej kontroli temperatury każdej z półek znajdujących się w suszarce
- automatyczna kontrola ciśnienia poprzez zawory elektromagnetyczne umożliwiające kontrolę ciśnienia od 10 mbar do 1100 mbar z rozdzielczością 1 mbar
- suszarka wyposażona w 2 – cyfrowo sterowane podłączenia na powietrze i gaz obojętny
- funkcja turbosuszenia
- wyjście na komputer oraz drukarkę
- certyfikat kalibracyjny
- obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404ASTM316L
- podwójne drzwi szklane – szyba hartowana
- możliwość ustawiania programów temperaturowych (do 40 programów)

2. pompa próżniowa membranowa samoosuszająca (wydajność pompowania max. 34 l/min, próżnia końcowa równa lub niższa 8mbar)

3. szafka na pompę próżniową (bez pompy), do suszarek próżniowych