

Krapkowice, dnia 02.01.2017

**Zapytanie ofertowe dotyczące
dostawy i montażu 1 sztuki wytrząsarki laboratoryjnej
dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6**

Załącznik nr1

Dostawa wraz z montażem 1 sztuki wytrząsarki laboratoryjnej

Wymagania:

1. Przedmiot umowy powinien być:

Zestaw fabrycznie nowy, kompletny, uwzględniający wszystkie akcesoria konieczne do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia użytkowania – urządzenie gotowe do pracy

2. Przedmiot umowy powinien posiadać:

- wytrząsarkę laboratoryjną
- chłodzenie powietrzem
- tacę na butelki o średnicy 96 mm
- tacę na butelki o średnicy 75 mm
- klucz dynamometryczny do mocowania próbek

3. Przedmiot umowy powinien bezwzględnie spełniać parametry techniczne takie jak (parametry powinny być wyspecyfikowane w ofercie):

- Liczba cykli wytrząsarki powyżej 600/min
- Zasilanie 230 V, 50 Hz
- Silnik napędu głównego: 740 W
- Regulowana moc nawiewu chłodzenia powietrzem - cztery poziomy: brak nawiewu, 20% mocy, 50% mocy, 100% mocy
- Wymiary stołu wibracyjnego, rozmiar 320 x 320 mm
- Obszar mocowania dla próbek: wysokość całkowita min. 60 mm, maks. 250 mm
- Tacka na butelki o średnicy 96 mm. Należy na tacy rozmieścić maksymalną ilość butelek dla podanej średnicy butelki.
- Tacka na butelki o średnicy 75 mm. Należy na tacy rozmieścić maksymalną ilość butelek dla podanej średnicy butelki.
- Możliwość programowania czasu wytrząsania próbek