

Krapkowice, dnia 10.01.2017

**Zapytanie ofertowe dotyczące
dostawy i montażu 1 sztuki Disolvera laboratoryjnego
dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6**

Załącznik nr1

Dostawa wraz z montażem 1 sztuki Disolvera Laboratoryjnego

Wymagania:

1. Przedmiot umowy powinien być:

Zestaw fabrycznie nowy, kompletny, uwzględniający wszystkie akcesoria konieczne do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia użytkowania – urządzenie gotowe do pracy

2. Przedmiot umowy powinien posiadać:

- Disolver laboratoryjny
- Dwa pojemniki metalowe o średnicy 120 mm i 100 mm
- Trzy tarcze disolverowe wymienne o średnicy 50 mm, 60 mm, 80 mm
- Czujnik temperaturowy umożliwiający pomiar temperatury w czasie dyspergowania

3. Przedmiot umowy powinien bezwzględnie spełniać parametry techniczne takie jak (parametry powinny być wyspecyfikowane w ofercie):

- Maksymalna liczba obrotów pracy disolvera 300-12000 obr/min
- Minimalna liczba obrotów pracy disolvera 300 – 9000 obr/min
- Zasilanie 220-240 V / 50-60 Hz
- Moc silnika powyżej 2 kW
- Elektro-mechaniczne podnoszenie i obniżanie disolvera
- Wymienne 3 tarcze disolverowe o średnicy 50 mm, 60 mm, 80 mm
- Dwa pojemniki metalowe o średnicy 100 i 120 mm z podwójnym płaszczem chłodzącym + złączki do podłączenia wody chłodzącej
- Regulowane uchwyty disolvera do przytrzymywania pojemników podczas dyspergowania
- Możliwość czasowego nastawiania pracy disolvera
- Elektroniczny wyświetlacz wskazujący liczbę obrotów pracy disolvera
- Disolver wyposażony w czujnik temperatury umożliwiający odczytanie temperatury w trakcie pracy disolvera.