

Krapkowice, dnia 23.01.2017

**Zapytanie ofertowe dotyczące
dostawy i montażu 1 sztuki zestawu filtracyjnego laboratoryjnego
dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6**

Załącznik nr 1

Dostawa wraz z montażem 1 sztuki zestawu filtracyjnego laboratoryjnego
Wymagania:

1. Przedmiot umowy powinien być:

Zestaw fabrycznie nowy, kompletny, uwzględniający wszystkie akcesoria konieczne do uruchomienia urządzenia i rozpoczęcia użytkowania – urządzenie gotowe do pracy

2. Przedmiot umowy powinien posiadać:

- obudowy filtracyjne o małej pojemności
- zestaw manometrów umożliwiających pomiar ciśnienia
- pompę perystaltyczną
- wkłady filtracyjne dostosowane do obudowy
- złączki oraz węże niezbędne do zbudowania kaskadowego układu filtracyjnego

3. Przedmiot umowy powinien bezwzględnie spełniać parametry techniczne takie jak (parametry powinny być wyspecyfikowane w ofercie):

- wszystkie elementy całego zestawu filtracyjnego muszą wykazywać odporność na wodne roztwory alkaliczne w zakresie pH 7-10 oraz na rozpuszczalniki organiczne m.in.

cykloheksanon

- Obudowy filtracyjne ze stali nierdzewnej powinny posiadać małą pojemność maks. 360 ml, uszczelnienie powinno być wykonane z PTFE. Wymagane są 4 obudowy

- manometry do 10 bar, wymagane są 4 sztuki

- pompa perystaltyczna, min. przepływ 17 ml/min, maks. przepływ 1700 ml/min. Obroty pompy 6-600 obr./min.

- wkłady filtracyjne odporne na cykloheksanon:

- wkład filtracyjny 5 µm, 8 sztuk

- wkład filtracyjny 3 µm, 8 sztuk

- wkład filtracyjny 1 µm, 8 sztuk

- wkład filtracyjny 6 µm, 8 sztuk

- złączki oraz węże niezbędne do zabudowania kaskadowego zestawu filtracyjnego powinny być nieprzepuszczalne dla światła i odporne na cykloheksanon